

APPLICAZIONE / APPLICATION / APPLICATION / APLICACIÓN
HITACHI 911/912

TEST: IGA

APP. CODE: 353

WAVELENGTH (Sec/Pri): 600

ASSAY: 2 POINT END

TIME: 10

POINT: 16 - 31

DILUENT: water

SAMPLE VOL: NORMAL: 2
DECREASE: 2
INCREASE: 5

R1 VOLUME: 240
R2 VOLUME: 0
R3 VOLUME: 60
R4 VOLUME: 0

DILUENT: 5

ABS LIMIT: 32000 - INC

PROZONE LIMIT: 0 - UPPER

CALIB METHOD: LOGIT-LOG (5P)
(POINT: 6 - SPAN: 6 - WEIGHT: 0)

SD LIMIT: 0.50

DUPLICATE LIMIT: 10%

ST. 1 CONC: 0.0

EXPECTED VALUE: 0.0 - 4.0

UNIT: g/l

INSTR. FACTOR (y=ax+b): a=1 b= 0

APPLICAZIONE / APPLICATION / APPLICATION / APLICACIÓN
OLYMPUS AU 400/480/600/640/680/2700 (Test code 886)

TEST NAME: IGA

SAMPLE: Volume 2 μ l Dilution 0 μ l

REAGENTS: R1 Volume 240 μ l Dilution 0 μ l
R2 Volume 60 μ l Dilution 0 μ l

WAVELENGHT: Pri. 600 Sec.

METHOD: END

REACTION SLOPE: +

MEASURING POINT 1: First 0 Last 27

MEASURING POINT 2: First 0 Last 10

REAGENT OD LIMIT: First L -0.1 First H 0.5
Last L -0.1 Last H 0.5

DYNAMIC RANGE: L 0.01 H 6.0

CORRELATION FACTOR: A 1 B 0

UNIT: g/l

CALIBRATION TYPE: 5AB

FORMULA: POLYGONAL

ITALIANO

rev. 26/09/2016

IgA FL

GA 2H100	2 x 40 + 2 x 10 ml
GA 6U140	2 x 56 + 2 x 14 ml

USO

Reagente per la determinazione quantitativa in vitro delle IgA nei fluidi biologici.

PRINCIPIO

Le immunoglobuline A (IgA) reagiscono selettivamente con un anticorpo anti-IgA, così da formare un immuno-complexo. La turbidità prodotta è proporzionale alla concentrazione di IgA nel campione, e viene misurata alla lunghezza d'onda di 600 nm.

COMPONENTI FORNITI

Solo per uso diagnostico in vitro.

I componenti del kit sono stabili fino alla data di scadenza indicata sulla confezione. Conservare al riparo da luce diretta.

IGA R1 2H100 2 x 40 ml (liquido) capsula bianca
6U140 2 x 56 ml (liquido) capsula bianca

Composizione: Tampone pH 7.50, PEG ≥ 2%, stabilizzanti e conservanti.

IGA R2 2H100 2 x 10 ml (liquido) capsula rossa
6U140 2 x 14 ml (liquido) capsula rossa

Composizione: Anticorpi anti-IgA umana ≥ 2%, stabilizzanti e conservanti.

PREPARAZIONE DEL REATTIVO

Utilizzare i reagenti separati.

Stabilità: fino a scadenza in etichetta a 2-8°C. Stabilità dopo prima apertura: preferibilmente entro 60 gg. a 2-8°C al riparo dalla luce.

PRECAUZIONI

Il reagente può contenere componenti non reattivi e conservanti di varia natura. A scopo cautelativo è comunque opportuno evitare il contatto con la pelle e l'ingestione. Utilizzare le normali precauzioni previste per il comportamento in laboratorio.

CAMPIONE

Siero, plasma.
I campioni devono essere protetti dalla luce diretta.
I campioni sono stabili 7 giorni a 2-8°C ed 1 mese a -20°C.

INTERVALLI DI RIFERIMENTO

Neonati 0-0.02 g/l
Adulti 0.7-4.0 g/l

Ogni laboratorio dovrebbe stabilire dei propri intervalli di riferimento in relazione alla propria popolazione.

CONTROLLO DI QUALITÀ - CALIBRAZIONE

E' consigliabile l'esecuzione di un controllo di qualità interno. Allo scopo è disponibile a richiesta il seguente siero di controllo a base umana:

QUANTINORM CHEMA

con valori possibilmente negli intervalli di normalità.

Qualora il sistema analitico lo richiedesse, è disponibile un calibratore multiparametrico a base umana:

REFERENCE P MULTICALIBRATOR

Contattare il Servizio Clienti per ulteriori informazioni.

PRESTAZIONI DEL TEST

Intervallo di misura

L'intervallo di misura dipende dalla concentrazione dello standard più alto impiegato nella calibrazione.

Qualora il valore risultasse superiore a tale concentrazione, si consiglia di diluire il campione 1+4 con acqua distillata e ripetere il test, moltiplicando il risultato per 5.

Effetto Hook

Non si osserva effetto Hook con concentrazioni inferiori a 38 g/l.

Sensibilità/limite di rilevabilità

Il metodo è in grado di discriminare fino a 0.01 g/l.

Interferenze

Non sono verificabili interferenze in presenza di:
emoglobina ≤ 1000 mg/dl
bilirubina ≤ 27 mg/dl
lipidi ≤ 1290 mg/dl
fattore reumatoide ≤ 630 IU/ml

Precisione

nella serie (n=10)	media (g/l)	SD (g/l)	CV%
campione 1	1.46	0.02	1.04
campione 2	2.38	0.02	0.94

tra le serie (n=20)	media (g/l)	SD (g/l)	CV%
campione 1	1.46	0.07	4.99
campione 2	2.40	0.10	4.16

QUALITY CONTROL AND CALIBRATION

It is suggested to perform an internal quality control. For this purpose the following human based control serum is available:

QUANTINORM CHEMA

with normal or close to normal control values.
If required, a multiparametric, human based calibrator is available:

REFERENCE P MULTICALIBRATOR

Please contact Customer Care for further information.

TEST PERFORMANCE

Measure interval

Measure interval depends on the concentration of the highest standard used for calibration.
If such a limit value is exceeded, it is suggested to dilute sample 1+4 with distilled water and to repeat the test, multiplying the result by 5.

Hook effect

No Hook effect is observed with concentrations lower than 38 g/l.

Sensitivity/limit of detection

The limit of detection is 0.01 g/l.

Interferences

No interference was observed by the presence of:
hemoglobin ≤ 1000 mg/dl
bilirubin ≤ 27 mg/dl
lipids ≤ 1290 mg/dl
rheumatoid factor ≤ 630 IU/ml

Precision

intra-assay (n=10)	mean (g/l)	SD (g/l)	CV%
sample 1	1.46	0.02	1.04
sample 2	2.38	0.02	0.94

inter-assay (n=20)	mean (g/l)	SD (g/l)	CV%
sample 1	1.46	0.07	4.99
sample 2	2.40	0.10	4.16

Methods comparison

A comparison between CHEMA and a commercially available product gave the following results:

IgA competitor = x
IgA FL CHEMA = y
n = 21

$$y = 0.97x + 0.04 \text{ g/l} \quad r^2 = 0.99$$

WASTE DISPOSAL

This product is made to be used in professional laboratories.

P501: Dispose of contents according to national/international regulations.



Chema Diagnostica
Via Campania 2/4
60030 Monsano (AN) - ITALY - EU
phone +39 0731 605064
fax +39 0731 605672
e-mail: mail@chema.com
website: http://www.chema.com

IgA FL

GA 2H100	2 x 40 + 2 x 10 ml
GA 6U140	2 x 56 + 2 x 14 ml

UTILISATION

Réactif pour la détermination quantitative in vitro des IgA dans les fluides biologiques.

PRINCIPE

Les immunoglobulines A (IgA) réagissent de façon sélective à un anticorps anti-IgA, de manière à former un immuno-complexe. La turbidité obtenue est proportionnelle à la concentration en IgA dans l'échantillon, et mesurée à la longueur d'onde de 600 nm.

COMPOSANTS FOURNIS**Uniquement à usage diagnostique in vitro.**

Les composants du kit sont stables jusqu'à la date de péremption indiquée sur l'emballage.

Conserver à l'abri de la lumière directe.

IGA R1 2H100 2 x 40 ml (liquide) capsule blanc
6U140 2 x 56 ml (liquide) capsule blanc

Composition : Tampon pH 7.50, PEG ≥ 2%, stabilisateurs et conservateurs.

IGA R2 2H100 2 x 10 ml (liquide) capsule rouge
6U140 2 x 14 ml (liquide) capsule rouge

Composition : Anticorps anti-IgA humaine ≥ 2%, stabilisateurs et conservateurs.

PRÉPARATION DU RÉACTIF

Utiliser les réactifs séparés.

Stabilité: jusqu'à date de péremption indiquée sur l'étiquette à 2-8°C.

Stabilité après la première ouverture: utiliser de préférence dans les 60 jours à 2-8°C, à l'abri de la lumière.

PRÉCAUTIONS

Le réactif peut contenir des composants non réactifs et conservateurs de différentes natures. Par mesure de précaution, il convient quoi qu'il en soit d'éviter tout contact avec la peau ou l'ingestion. Respecter les mesures de précautions habituelles prévues en milieu laborantin.

ÉCHANTILLON

Sérum - plasma.
Les échantillons doivent être protégés de la lumière directe.
Les échantillons conservés entre 2 et 8 °C sont stables pendant 7 jours et 1 mois à -20°C.

INTERVALLES DE RÉFÉRENCE

Nouveaux-nés 0-0.02 g/l
Adultes 0.7-4.0 g/l

Chaque laboratoire doit établir ses propres intervalles de référence selon sa population.

CONTRÔLE DE QUALITÉ - CALIBRATION

L'exécution d'un contrôle de qualité interne est recommandée. À cette fin, un sérum de contrôle à base humaine est disponible sur demande.

QUANTINORM CHEMA

avec si possible des valeurs normales.

Si le système d'analyse l'exige, un calibrateur humain multi-paramétrique est disponible.

REFERENCE P MULTICALIBRATOR

Contactez le Service Clients pour plus d'informations.

PERFORMANCES DU TEST**Intervalle de dosage**

L'intervalle de dosage dépend de la concentration du standard plus élevé utilisé dans la calibration.

Si la valeur est supérieure à cette concentration, il est conseillé de diluer l'échantillon 1+4 avec de l'eau distillée et de répéter le test, en multipliant le résultat par 5.

Effet hook

Aucun effet hook n'est relevé avec des concentrations inférieures à 38 g/l.

Sensibilité/limite décelable

La méthode est en mesure de détecter jusqu'à 0.01 g/l.

Interférences

Aucune interférence n'est décelable en présence de:
hémoglobine ≤ 1000 mg/dl
bilirubine ≤ 27 mg/dl
lipides ≤ 1290 mg/dl
facteur rhumatoïde ≤ 630 IU/ml

Précision

dans la série (n=10)	moyenne (g/l)	SD (g/l)	CV%
échantillon 1	1.46	0.02	1.04
échantillon 2	2.38	0.02	0.94

entre les séries (n=20)	moyenne (g/l)	SD (g/l)	CV%
échantillon 1	1.46	0.07	4.99
échantillon 2	2.40	0.10	4.16

Comparaison entre les méthodes

Une comparaison avec une méthode disponible dans le commerce a donné les résultats suivants:

IgA concurrent = x

IgA FL CHEMA = y

n = 21

y = 0.97x + 0.04 g/l

CONTROL DE CALIDAD - CALIBRACIÓN

Se recomienda la ejecución de un control de calidad interno. Para ello, está disponible a petición el siguiente suero de control de base humana:

REFERENCE P MULTICALIBRATOR

Contactar con el Servicio al cliente para más información.

PRESTACIONES DE LA PRUEBA**Intervalo de medición**

El intervalo de medición depende de la concentración del estándar más alto empleado en la calibración.

Si el valor resultase superior a dicha concentración, se recomienda diluir la muestra 1+4 con agua destilada y repetir la prueba, multiplicando el resultado por 5.

Efecto gancho

No se observa efecto gancho con concentraciones inferiores a 38 g/l.

REMARQUES RELATIVES A L'ÉLIMINATION

Ce produit est destiné à une utilisation au sein de laboratoires d'analyses professionnelles.

P501: Eliminer le contenu conformément à la réglementation nationale/internationale.

ESPAÑOL

rev. 26/09/2016

IgA FL

GA 2H100	2 x 40 + 2 x 10 ml
GA 6U140	2 x 56 + 2 x 14 ml

USO

Reactivos para la determinación cuantitativa in vitro de IgA en los fluidos biológicos.

PRINCIPIO

Las immunoglobulinas A (IgA) reaccionan de forma selectiva con un anticuerpo anti-IgA para formar un immuno-complejo. La turbidez producida es proporcional a la concentración de IgA en la muestra, y se mide a una longitud de onda de 600 nm.

COMPONENTES SUMINISTRADOS**Solo para uso diagnóstico in vitro.**

Los componentes del kit se mantienen estables hasta la fecha de caducidad indicada en el envase.

Conserver protegido de la luz directa.

IGA R1 2H100 2 x 40 ml (líquido) cápsula blanca
6U140 2 x 56 ml (líquido) cápsula blanca

Composición: Tampón pH 7.50, PEG ≥ 2%, estabilizantes y conservantes.

IGA R2 2H100 2 x 10 ml (líquido) cápsula roja
6U140 2 x 14 ml (líquido) cápsula roja

Composición: Anticuerpos anti-IgA humana ≥ 2%, estabilizantes y conservantes.

PREPARACIÓN DEL REACTIVO

Utilizar los reactivos separados.

Estabilidad: hasta la caducidad en la etiqueta a 2-8 °C.

Estabilidad tras la primera apertura: utilizar preferiblemente antes de 60 días a 2-8 °C.

PRECAUCIONES

El reactivo puede contener componentes no reactivos y conservantes de distinta naturaleza. Como medida de precaución se debe evitar el contacto con la piel y la ingestión. Seguir las precauciones normales previstas para el comportamiento en el laboratorio.

MUESTRA

Suero, plasma.

Las muestras deben protegerse de la luz directa.

Las muestras se mantienen estables 7 días a 2-8 °C y 1 mes a -20 °C.

INTERVALOS DE REFERENCIA

Neonatos 0-0.02 g/l
Adultos 0.7-4.0 g/l

Cada laboratorio deberá establecer sus propios intervalos de referencia en relación con la población propia.

BIBLIOGRAFIA / BIBLIOGRAPHY / BIBLIOGRAPHIE / BIBLIOGRAFÍA

Ledue T.B., Collins M.F. and Ritchie R.F., *Clin. Chem. Lab. Med.* 2002, 40(5), 520-528
Tietz *Textbook of Clinical Chemistry*, Fourth Edition, Butterworth-Heinemann (2006), 569-574.

IVD	dispositivo médico-diagnóstico in vitro in vitro diagnostic medical device dispositif médical de diagnostic in vitro producto sanitario para diagnóstico in vitro
LOT	numero de lote batch code número de lot número de lote
REF	numero de catálogo catalogue number référence catalogue número de catálogo
	límite de temperatura temperature limit limite de température límite de temperatura
	use-entre la date use-by date utiliser avant la date utilizar por fecha
	atención caution attention atención
	consultare le istruzioni d'uso consult instructions for use consulter les instructions d'utilisation consultar las instrucciones de uso