

# TRANSFERRINA FL

TF 0050 CH	1 x 50 ml
TF 0100 CH	2 x 50 ml

## USO

Reactivo para la determinación cuantitativa in vitro de la transferrina en los fluidos biológicos.

## RESUMEN

La transferrina es la principal proteína de transporte del hierro (Fe<sup>3+</sup>). Su nivel en el plasma está regulado principalmente por la disponibilidad de hierro: con deficiencia de hierro, el nivel de transferrina en plasma aumenta y, por lo tanto, vuelve a disminuir en caso de aportación de hierro.

## PRINCIPIO

La transferrina reacciona de forma selectiva con un anticuerpo anti-transferrina para formar un inmunocomplejo. La turbidez producida es proporcional a la concentración de transferrina en la muestra, y se mide a una longitud de onda de 505 nm.

## COMPONENTES SUMINISTRADOS

Solo para uso diagnóstico in vitro.

Los componentes del kit se mantienen estables hasta la fecha de caducidad indicada en el envase.

Conservar protegido de la luz directa.

**TRF R1** 0050: 1 x 40 ml (líquido) cápsula blanca  
0100: 2 x 40 ml (líquido) cápsula blanca

Composición: Tampón pH 7.00, PEG ≥ 2%, estabilizantes y conservantes.

**TRF R2** 0050: 1 x 10 ml (líquido) cápsula roja  
0100: 2 x 10 ml (líquido) cápsula roja

Composición: Anticuerpos anti-transferrina humana ≥ 2%, estabilizantes y conservantes.

Conservar los componentes del kit a 2-8 °C.

## PREPARACIÓN DEL REACTIVO

Utilizar los reactivos separados.

Estabilidad: hasta la caducidad en la etiqueta a 2-8 °C.

Estabilidad tras la primera apertura: utilizar preferiblemente antes de 60 días a 2-8 °C.

## PRECAUCIONES

El reactivo puede contener componentes no reactivos y conservantes de distinta naturaleza. Como medida de precaución se debe evitar el contacto con la piel y la ingestión. Seguir las precauciones normales previstas para el comportamiento en el laboratorio.

## MATERIALES NECESARIOS NO SUMINISTRADOS

Instrumental normal de laboratorio. Espectrofotómetro UV/VIS con control termostático. Micropipetas automáticas. Cubetas de vidrio óptico o desechables de poliestireno óptico. Solución fisiológica.

## MUESTRA

Suero, plasma.

Las muestras deben protegerse de la luz directa.

Las muestras se mantienen estables 7 días a 2-8 °C y 1 mes a -20 °C.

## PROCEDIMIENTO

Longitud de onda: 505 nm (admisible 490 ÷ 510 nm)  
Camino óptico: 1 cm  
Temperatura: 37 °C

	blanco	calibrador	muestra
reactivo R1	1.2 ml	1.2 ml	1.2 ml
agua	10 µl	-	-
calibrador	-	10 µl	-
muestra	-	-	10 µl

Mezclar, incubar a 37 °C durante 5 minutos.

Leer contra el blanco de reactivo la absorbancia del calibrador (Ac<sub>1</sub>) y de la muestra (Ax<sub>1</sub>).

	blanco	calibrador	muestra
reactivo R2	300 µl	300 µl	300 µl

Mezclar, incubar a 37 °C durante 5 minutos.

Leer contra el blanco de reactivo la absorbancia del calibrador (Ac<sub>2</sub>) y de la muestra (Ax<sub>2</sub>).

## CÁLCULO DE LOS RESULTADOS

Para calibradores y muestras, calcular  $\Delta A = A_2 - A_1$ .

Usando un conjunto de estándares en concentraciones crecientes de transferrina se construye una curva de calibración. Posteriormente, por interpolación del valor de absorbancia en la curva de calibración, es posible calcular la concentración de transferrina de una muestra.

## INTERVALOS DE REFERENCIA

Neonatos	1.2-2.5 g/l
Adultos	2.0-3.6 g/l

Cada laboratorio deberá establecer sus propios intervalos de referencia en relación con la población propia.

## CONTROL DE CALIDAD - CALIBRACIÓN

Se recomienda la ejecución de un control de calidad interno. Para ello, está disponible a petición el siguiente suero de control de base humana:

### QUANTINORM CHEMA

con valores posiblemente en los intervalos de normalidad. Si el sistema analítico lo requiere, está disponible un calibrador multiparamétrico con base humana:

### REFERENCE P MULTICALIBRATOR

Contactar con el Servicio al cliente para más información.

## PRESTACIONES DE LA PRUEBA

### Intervalo de medida

El intervalo de medida depende de la concentración del estándar más alto empleado en la calibración.

Si el valor resultase superior a dicha concentración, se recomienda diluir la muestra 1+4 con agua destilada y repetir la prueba, multiplicando el resultado por 5.

### Efecto Hook

No se observa efecto Hook con concentraciones inferiores a 40 g/l.

### Sensibilidad/límite de detección

El método puede discriminar hasta 0.01 g/l.

### Interferencias

No se observó ninguna interferencia por la presencia de:

hemoglobina	≤ 1000 mg/dl
bilirrubina	≤ 32 mg/dl
lípidos	≤ 1200 mg/dl
factor reumatoide	≤ 630 IU/ml

### Precisión

intraensayo (n=10)	media (g/l)	SD (g/l)	CV%
muestra 1	2.20	0.02	1.15
muestra 2	4.13	0.04	0.99

interensayo (n=20)	media (g/l)	SD (g/l)	CV%
muestra 1	2.19	0.05	2.36
muestra 2	4.12	0.08	2.05

### Comparación entre métodos

Una comparación entre CHEMA y un producto comercializado dio los siguientes resultados:

Transferrina competencia = x  
Transferrina FL CHEMA = y  
n = 82

$$y = 1.004x + 0.018 \text{ g/l} \quad r^2 = 0.991$$

## INFORMACIÓN PARA LA ELIMINACIÓN

El producto está destinado al uso en laboratorios de análisis profesionales.

P501: Eliminar el contenido en conformidad con la legislación nacional/internacional.








## BIBLIOGRAFÍA

Gottschalk R. et al. *Clinica Chimica Acta* 2000, 293, 127-138  
*Tietz Textbook of Clinical Chemistry*, Fourth Edition, Burtis-Ashwood-Bruns (2006), pag. 562-563.

## FABRICANTE

Chema Diagnostica  
Vía Campana 2/4  
60030 Monsano (AN)  
Tel.: 0731 605064  
Fax: 0731 605672  
Correo electrónico: mail@chema.com  
Sitio web: http://www.chema.com

## LEYENDA DE LOS SÍMBOLOS

	producto sanitario para diagnóstico in vitro
	número de lote
	número de catálogo
	límite de temperatura
	utilizar por fecha
	atención
	consultar las instrucciones de uso